CE
0086

# dline Light Curing Adhesive

**Wird verwendet, um Dentin und Schmelz an polymerbasierte Restaurationsmaterialien, Compomere, keramische Oberflächen zu binden; um die Retention einer Restauration zu verbessern.**

## GEBRAUCHSANWEISUNG DE

### BESCHREIBUNG

dline Light Curing Adhesive ist ein lichthärtender Einkomponenten-Bonding der 5. Generation, der auf Aceton und Harzen HEMA und Bis-GMA basiert. dline Light Curing Adhesive eignet sich für die Nassklebetechnik. Ätzen der Oberflächen ist erforderlich.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

*HINWEIS! Nicht verwenden, wenn die Primärverpackung beschädigt ist. Es wird empfohlen, während der Anwendung des Produkts Kofferdamm zu verwenden*.

1. Kavität wie immer vorbereiten. Die Reinigung mit ölfreier Prophylaxepaste, wie z. B. dline Prophy Paste, wird empfohlen. Verwenden Sie für tiefe Kavitäten Kalziumhydroxid-Liner, z. B. radiopake Calciumhydroxidpaste von dline, dline Light Curing Kalziumhydroxid-Basis / Liner oder Zement auf Glasionomer-Basis, wie z.B. dline Glass Ionomer Base Lining Cement.
2. Tragen Sie eine Ätzschicht wie z. B. dline Phosphorsäure-Ätzgel auf die gesamte zu ätzende Oberfläche auf. Lassen Sie die Ätzung 15 Sekunden (Dentin) und 30 Sekunden (Schmelz). Mit Wasser spülen und mit Luft trocknen. Vermeiden Sie ein übermäßiges Trocknen des Dentins. Nach dem Trocknen muss die Oberfläche kalkhaltig sein und vor dem Auftragen des Bindeharzes nicht kontaminiert werden. Wenn die Oberfläche mit Speichel kontaminiert ist, spülen und trocknen Sie sie erneut und ätzen Sie sie gegebenenfalls erneut.
3. Flasche vor jedem Gebrauch schütteln.
4. Aufschieben der Flasche und kleine Menge Klebstoff in die Schale geben.
5. Tragen Sie 2-3 Schichten Klebstoff mit einem gesättigten Mikroapplikator auf die geätzte Oberfläche auf.
6. 10-20 Sekunden lang mit Luft trocknen, um das gesamte Lösungsmittel von der Oberfläche abzutrocknen. Wenn die Oberfläche nicht glänzend ist, tragen Sie zusätzliche Klebstoffschichten auf und trocknen Sie sie ab.
7. 20 Sekunden mit Licht aushärten.
8. Tragen Sie die Schicht aus lichthärtendem Füllungsmaterial, wie z. B. dline Light Curing Nano Hybrid Composite oder als dline Light Curing Nano Flowable Composite, in die Kavität auf und fertigen Sie die Restauration an.

*HINWEIS! Schließen Sie die Flasche sofort, nachdem die gewünschte Menge Klebstoff extrudiert wurde.*

### WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!

*HINWEIS! dline Light Curing Adhesive ist eine leicht entzündbare Flüssigkeit. Verwenden Sie dline Light Curing Adhesive nicht, wenn der Patient allergisch gegen das Produkt oder einen der Inhaltsstoffe ist. Nicht bei freiliegendem Zellstoff verwenden.*

*Gefahren- und Sicherheitshinweise:*

*Nicht ausgehärtetes Produkt verursacht Haut- und schwere Augenreizung, kann Atemwegsreizungen verursachen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu machen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.*

*Verhütung:*

*Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.*

*Wechselwirkung mit anderen Stoffen:*

*dline Light Curing Adhäsiv darf nicht mit eugenolhaltigen Produkten verwendet werden.*

### LAGERUNG

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut gelüfteten Ort bei 4-28 ° C aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Das Produkt nicht einfrieren. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Inhalt / Behälter entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Von Kindern fern halten!

### MANUFACTURERS RESPONSIBILITY

Unsere Produkte wurden für den professionellen Einsatz in der Zahnheilkunde entwickelt. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, trägt der Benutzer die volle Verantwortung für die Anwendung. Selbstverständlich garantieren wir die Qualität unserer Produkte gemäß den geltenden Normen.

### VERPACKUNG

**REF 14000** 5ml Flasche, 5pcs Mikroapplikatoren, Becher

Made in EU for Dline OU
www.dline.ee

UAB „Medicinos linija"
Karaliaučiaus str. 29
LT-78348 Šiauliai
Lithuania

Letzte Version: 2018-04